

試験報告書

平成 25年 3月 12日


No. e1203744

計量証明事業登録 環第5号・15号・25号 群特 第1号
作業環境測定機関 登録第10-1
建築物飲料水水質検査業群馬県23水第1号
水道法20条水質検査機関 登録208号

株式会社ラヴィドール 様

株式会社 環境技研

群馬県高崎市金吉町1-709-1
電話 027-372-5111



3月 4日ご依頼いただきました試料（弊社引取り）の試験結果を下記の通りご報告申し上げます。

試験完了日 平成 25年 3月 11日

試料名	まゆづくし化粧水(シルク抽出液)	
件名	放射能測定	
試料採取年月日		
採取者		立 会 人
採取点		
試験項目	試験結果	試験方法
ヨウ素 (I-131)	不検出 (Bq/kg)	備考参照
セシウム (Cs-134)	不検出 (Bq/kg)	備考参照
セシウム (Cs-136)	不検出 (Bq/kg)	備考参照
セシウム (Cs-137)	不検出 (Bq/kg)	備考参照
【以下合計値】	-----	
放射性セシウム	***** (Bq/kg)	備考参照
	- 以下余白 -	

備考 【試験方法】 食品中の放射性セシウム検査法(厚生労働省 平成24年3月15日)
【検査装置】 ゲルマニウム半導体検出器 : GC2020 (CANBERRA)
※注1: 「放射性セシウム」とは、Cs-134とCs-137の合計値をいう。
※注2: 10未満 (Bq/kg) を「不検出」という。

計量管理者 湯澤 厚
担当者 加田

